

# 采购项目技术、服务及其他商务要求

## 一、项目概况：

为满足达州市中心血站日常耗材需要，现开展达州市中心血站医用耗材项目。

采购标的所属行业	
<input type="checkbox"/> 农、林、牧、渔业	<input type="checkbox"/> 住宿业
<input type="checkbox"/> 工业	<input type="checkbox"/> 餐饮业
<input type="checkbox"/> 建筑业	<input type="checkbox"/> 信息传输业
<input type="checkbox"/> 批发业	<input type="checkbox"/> 软件和信息技术服务业
<input type="checkbox"/> 零售业	<input type="checkbox"/> 房地产开发经营
<input type="checkbox"/> 交通运输业	<input type="checkbox"/> 物业管理
<input type="checkbox"/> 仓储业	<input type="checkbox"/> 租赁和商务服务业
<input type="checkbox"/> 邮政业	<input checked="" type="checkbox"/> 其他未列明行业

## 二、采购清单及技术要求：

2024年拟采购耗材明细表					
序号	标的名称	规格型号	单位	单价限价(元)	技术参数要求
1	10ml 注射器	10ml, 0.8#针头	支	0.50	10ml, 独立包装, 医用灭菌, 可拆针头
2	2%碘酒	(60ml 翻盖)	瓶	5.50	含有效碘 18g/L-22g/L, 乙醇 45%-50%
3	5ml 注射器	5ml	支	0.25	5ml, 独立包装, 医用灭菌, 可拆针头
4	75%酒精 1	500ml/瓶	瓶	6.00	乙醇含量为 72.0-77.0%, 可杀灭金黄色葡萄球菌, 大肠杆菌, 白色念珠菌
5	75%酒精 2	60ml/瓶	瓶	5.00	乙醇含量为 72.0-77.0%, 可杀灭金黄色葡萄球菌, 大肠杆菌, 白色念珠菌
6	84 消毒液	500ml/瓶	瓶	5.00	有效氯含量为 4.0%-5.0% (w/v) 或 40g/L-50g/L
7	便携医用供氧器	4L	个	500.00	储氧量: 480L 左右
8	冰箱温度计	G761	支	25.00	测量范围: -40℃-20℃, 准确性: ±2℃ (0℃-20℃), 示值单位: ℃

9	出诊箱	14 寸	个	80.00	铝合金材质，不锈钢包角
10	电子秤	台	台	125.00	不锈钢秤面,LED 背光显示
11	量杯	1000ml	个	13.00	PP 材质，刻度清晰，耐酸耐碱
12	量筒	1000ml	个	15.00	PP 材质，刻度清晰，耐酸耐碱
13	泡腾片	100 片/瓶	瓶	8.50	有效氯含量为 50.0%±5.0%
14	皮肤消毒液	100ml/瓶	瓶	4.50	苯扎溴铵含量为 2.75g/L±0.25g/L, 乙醇含量为 67.5%±2.5% (V/V)
15	鞋子	双	双	188.00	牛皮大气垫护士鞋
16	血压计	台式	台	135.00	测量范围：0-300mmHg(0-40Kpa)
17	压力蒸汽灭菌生物指示卡	121℃ 指示卡	盒	29.00	适用于医疗卫生机构等部门的预真空、脉动真空或下排气式灭菌器灭菌效果监测
18	压脉带	米	米	4.50	乳胶材质制成，回弹力 100%
19	一次性采血垫巾	100 张/盒	盒	50.00	长：27cm，宽 21cm；误差±2cm
20	一次性捆扎止血带	50 条/盒	盒	30.00	长：≥35cm；宽：2.5cm (±0.3cm)；厚度：0.5cm (±0.1cm)
21	一次性棉签	1920 支/包	包	38.00	由棉头和签杆组成，其中棉头由符合 YY/T 0330-2015 《医用脱脂棉》制成，签杆由竹签制成，产品经环氧乙烷灭菌或辐射灭菌
22	一次性使用静脉采血针	0.7*25mm 蝶形 100 支/袋	支	0.34	0.7*25mm 100 支/袋
23	一次性使用手术衣	件	件	18.00	无纺布面料，反穿型，防尘、隔离、透气
24	一次性输液器	支	支	1.30	产品经环氧乙烷灭菌
25	一次性血型板	个	个	1.90	方框 24*24，圈 20*20
26	一次性压舌板	个	个	0.18	独立包装，经环氧灭菌乙烷消毒
27	一次性用创口贴	200 贴/盒	盒	360.00	PU 半透膜结构，防水、透气、组织相容性好，皮肤刺激性小
28	一次性用自粘绷带	卷	卷	7.00	高弹性，延展行佳，可拉申三倍，致敏率低
29	医用听诊器	个	个	30.00	100-500Hz 以测试声源为基准，衰减不大于 12dB、在 500-1000Hz 不大于 20dB
30	余氯试纸	50 条/瓶	瓶	40.00	指示范围：余氯 0-25mg/L
31	紫外线灯管 30W	根	根	58.00	优质石英灯管，透射率高，杀菌效果强

32	一次性医用外科 口罩	10片/包	片	0.50	经环氧乙烷灭菌，其残留量不大于 10 μg/g
33	PH 计校准液组合 套装	盒	盒	1380.00	适用于采购人现有的梅特勒托利多的 PH 计
34	电极清洗液	250ml/瓶	瓶	480.00	适用于采购人现有的梅特勒托利多的 PH 计
35	电解质溶液	250ml/瓶	瓶	480.00	适用于采购人现有的梅特勒托利多的 PH 计
36	生物安全柜	个	个	800.00	危化品防爆柜，单门双层，4 加仑（15 升）黄色

注：本采购包核心产品为：75%酒精 2、一次性采血垫巾、一次性捆扎止血带。

### 三、其他要求：

1、供应商承诺所提供的医用耗材需符合国家、行业标准以及相关质量要求，每批次货物均应提供检验合格报告或其他证明材料，并保证所有资料具备真实性、合法性，并愿意承担相应法律责任。（实质性要求，提供承诺函，格式自拟）

2、配送要求：成交供应商需在采购人指定的时间和地点交付产地、质量、包装、有效期等均符合相关规定的耗材（需无菌包装的耗材需保证符合无菌要求）。

3、配送医用耗材时，严格按照医院审核同意采购的产品，不得随意变更采购方使用的耗材产品。耗材临近失效期，采购人提前三个月向成交供应商提出书面更换要求，经医院审批同意后，成交供应商须在耗材失效前 1 个月更换完毕，不得以任何理由进行推诿。

4、包装基本要求：配送医用耗材时，应按标准保护措施进行包装，以防止医用耗材在运输过程中损坏，确保完好无损运抵指定地点。对于破损医用耗材需按医院要求进行及时调换；包装袋（箱）干净、结实、无破损、封口严密，方便储存、运输和使用，在每件包装上需注明：品名、数量、产地、供应单位、批号、生产日期、质量合格标志等。

5、如因供应商提供的耗材质量等非采购人原因导致采购人、患者及他人人身损害、财产损失，供应商应当承担全部赔偿责任。如采购人因此而承担赔偿责任的，有权向供应商全额追偿。

### 四、商务要求（实质性要求）：

1. 交货日期：合同签订之日起 15 日内交货。（具体以合同签订为准）
2. 付款方式：以订单的实际供货数量进行结算，经验收合格后支付。（具体以合同签订为准）
3. 交货地点：采购人指定地点。
4. 报价要求：本项目采用单价限价，供应商各分项报价不得超过各项单价最高限价，否则做无效投标处理。报价应包含货物的价格、装卸、运输、保险、培训、售后、技术资料、

技术服务、各类辅材、人工费用、材料设备费、管理费、利润、规费、检验检测费、税金等其它各类费用。

5. 货物质量：供应商提供的产品须为正规厂家生产的产品（必须是全新、原装、合格正品，货物完好，配件齐全）有正规的出厂合格证。
6. 质保期及售后：质保期不低于 1 年（验收合格之日起算）。质保期内有任何质量问题，成交供应商应无条件换新。
7. 验收标准：参照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）、《医疗器械经营质量管理规范》、《医疗器械使用质量监督管理办法》、《医疗机构医用耗材管理办法》、《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生监督工作规范》等相关标准进行验收。
8. 其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

